



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı :E-32319748-934.01.04-28410

Konu :Cerrahi vida, dirill alımı hk.

TEKLİF MEKTUBU
(İLGİLİ ADAY/İSTEKLİLERE)

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı kliniğinde kullanılmak üzere ekte belirtilen malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç fiyat teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Durmuş KOÇ
Şube Müdürü

Ek:teklif cetveli ve teknik şartname

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BE8VKV3Y5 Pin Kodu :72512

Belge Takip Adresi :

https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BE8VKV3Y5

Adres:Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat
Telefon:0356 214 84 45 Faks:0356 214 84 45
e-Posta:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr Web:http://disfak.gop.edu.tr
Kep Adresi:gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr

Bilgi için: Ferhat Özcan
Unvanı: Satınalma Birim Sorumlusu



Sıra No	Mal ve Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	UTS-UBB	Marka	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Mini Titanyum Vida, 2 mm Çap, 5 mm Uzunluk	300	ADET				
2	Mini Titanyum Vida, 2 mm Çap, 7 mm Uzunluk	100	ADET				
3	Paslanmaz Çelik Drill Ucu Çap 1.6mm, Stop Uzunluğu 30 mm, Tam Uzunluk 110 mm	15	ADET				
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM							

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla)(yazıyla).....
.....
.....

karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

Bu bölümün altına kaşenizi
vurunuz ve yetkili imzanızı atınız.

FİRMA KAŞE

ADI SOYADI İMZA

İKİNCİ BÖLÜM

Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 6-7. Maddelerde belirtiniz. Ödemelerimiz teslim ve kabule istinaden 7-10 gündür.

Teklife Esas Genel Hususlar

- 1- Son Başvuru : 05/04/2021 Pazartesi günü Saat: 16.00 Tel&Faks-
Tarih ve Saati : 0356 214 84 45
- 2- Teklif Başvuru : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK

- Yeri** Yerleşkesi Satın alma Birimi
Merkez/ TOKAT
satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine ya da
- 3- Tekliflerinizi verebileceğiniz şekiller** 0356 214 84 45 numaralı faksa gönderebilirsiniz.
Kargo veya posta yoluyla gönderecekseniz zarf kaşeli imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.
- 4- Doğrudan alım duyurusunun görüleceği yerler** : Satın alma Birimimiz ve
<http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx> web adresidir.
- 5- Teklif Türü** : **TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.** Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.
- 6- Teslimat sürenizi buraya belirtiniz** Gün.....Ay
- 7- KDV oranını buraya belirtiniz.** %.....
- 8- Kaşenizi vurduktan sonra yetkili imzasını da teklif cetvelinin altına atınız.** Teklifinizi sunacağınız belgeyi kaşeledikten sonra teklif verme yetkiliniz tarafından imza atılacak ve teklifiniz yazı ile de belirtilecektir.
Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır.
- 9- Teknik şartname ekte yer almaktadır.** Ancak kliniklerde ki sorumlular tarafından malzemenin Teknik şartnameye uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri ve gerektiğinde demo yapılması değerlendirmede yer alacaktır. Numune konusunda teknik şartnamede yer alan bilgiler esastır. numune talep edilirse verilen süre içerisinde istekliler numunelerini vermek zorundadır.
Dış Hekimliği Fakültesi Dekanlığı **Ayniyat Birimi teslim yeridir.**
- 10- Teslimat yeri ve Şartları** Vereceğiniz tekliflerde ki bilgiler teslimat süresi, marka, model, ubb vb. gibi belirleyici unsurlar sipariş mektubuna esas olacağından açıklayıcı olmalıdır. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim edilmelidir.

TEKNİK ŞARTNAME

Malzemenin Adı	Miktar	Birim
Mini Titanyum Vida, 2 mm Çap, 5 mm Uzunluk	300	Adet
Mini Titanyum Vida, 2 mm Çap, 7 mm Uzunluk	100	Adet
Paslanmaz Çelik Drill Ucu Çap 1.6mm, Stop Uzunluğu 30 mm, Tam Uzunluk 110 mm	15	Adet

TİTANYUM MİNİ VIDA ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek vidalar, tüm maksillofasiyal alanın fiksasyonunda ve rekonstruksiyonunda kullanılmak üzere özel amaçlı üretilmiş olmalıdır.
2. Tüm malzemeler Tİ6AL-4V materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Gerek duyulduğunda teklif edilen markaya ait materyalin tensil gücü, dansite, elastikiyet oranı gibi üretim raporları kurumumuz tarafından istenecektir.
4. Vida çaplarına göre tüm vidaların standart renkleri olmalıdır, vida boyutları 5 mm ve 7 mm olmalıdır ve bunlar katalog üzerinde gösterilmelidir.
5. Tüm boylardaki vidaların çapları $2,00 \pm 0,1$ mm olmalıdır.
6. Self taping ve self drilling özellikte vidalar olmalıdır.
7. Tüm vidalar kilitli tornavida sistemiyle çalışmalı, böylece kullanım esnasında vidanın tornavidadan ayrılmaması sağlanmalı ve ayrı bir kilit mekanizmalarına ihtiyaç duyulmamalıdır.
8. Vaka sırasında vida kadranının rahat sayılabilmesi, vidaların özelliği ve boyutlarının ayırt edilebilmesi için vidalar özel kartuşlarda setin içinde bulunmalıdır. Kartuşların bölmeleri olmalıdır ve yıkamayı ve sterilizasyonu engellemeyecek şekilde delikleri olmalıdır. Bu kartuş üzerinde vidaların boyutu, özelliği, renk skalası ve referans kodu mutlaka olmalıdır.
9. Setin bütünlüğünün bozulmaması için vidalar; fakültemiz stoğunda mevcut el aletleri (tornavida) ve ürünleriyle (KLS Martin mini plak sistemiyle) uyumlu olmalıdır.
10. Firma, bunların orijinal kataloglarını ihale dosyasında sunmalıdır.

DRILL ŞARTNAMESİ

1. Driller mini vida plak sistemiyle uyumlu olmalı, mini vida (2,0 mm) için drill çapı 1,6 mm olmalıdır.
2. Tüm drill'ler saf çelikten mamul edilmiş olmalıdır.
3. Mini drill çapları 1,6mm olmalıdır.
4. Paslanmaz çelik drillerin stop uzunluğu 30 mm, tam uzunluğu 110 mm olmalıdır.

***** ÖNEMLİ: MALZEMELERİN NUMUNELERİNİ TEKLİF BİTİŞ TARİH VE SAATİNE KADAR TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALİ ŞEVKİ EREK YERLEŞKESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AYNİYAT BİRİMİ ZEMİN KAT MERKEZ/TOKAT ADRESİNE GÖNDERİNİZ. İLGİLİ KATALOG, BROŞÜR GİBİ TANITICI MATERYALLERİNİZİ GÖNDERİNİZ.**