



T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı

Sayı :32319748-934.01.03/
Konu :Yaklaşık Maliyet Tespiti Hk.

İLGİLİ FİRMALARA

Fakültemiz Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı kliniğinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen ve ekte teknik şartnamesi gönderilen malzemelerin 4734 Sayılı Kanununun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca alımı yapılabilmesi için yaklaşık maliyet fiyatlarının tespitinin yapılması gerekmektedir. İlgilendiğiniz takdirde malzeme kısımlarının Türk Lirası cinsinden KDV hariç yaklaşık fiyat tekliflerini; 05.11.2018 tarihi mesai bitimine kadar İdaremiz, 0356 214 84 45 numaralı faksına, alt bilgide yer alan İdaremiz hizmet binası adresine posta ile yada satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine göndermenizi rica ederim.

Nilgün Gülten İMRE
Fakülte Sekreteri

Sıra No	Mal ve Kalemin Adı ve Kısa Açıklaması	Miktar	Birim	UBB	Marka	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	Vinly (medium) eldiven	400	Kutu				
2	Vinly (Large) eldiven	400	Kutu				
3	Loteks (Small) eldiven	400	Kutu				
4	Tek Kullanımlık Hekim Önlüğü	500	Adet				
5	Lindeman Frez	4	Adet				
KDV HARIÇ GENEL TOPLAM							

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BENNBDB39

Ali Şevki Erek Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi, Merkez/Tokat

Tel: 0356 214 84 45
Faks: 0356 214 84 45

E-Posta: satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr
Elektronik ağ: <http://disfak.gop.edu.tr>

Bilgi için: S.Coşkun Memur

Keşif Adresleri :
gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr
gou@hs01.kep.tr (tebligat adresi)
gaziosmanpasauni.hastane@hs03.kep.tr





T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı

Sayı :49364569-934.01.09/
Konu :Malzeme Talebi

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında kullanılmak için gerekli malzemeler ekte sunulmuştur.
Gereği bilgilerinize arz ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal TÜMER
Anabilim Dalı Başkanı V.

EKLER :

- 1- Malzeme Listesi (1 Sayfa)
- 2- Şartnameler (3 Sayfa)

Vinly (MEDIUM)	400	KUTU
Vinly (LARGE)	400	KUTU
Lotexs(SMALL)	400	KUTU
Tek kullanımlık hekim önlüğü	500	ADET
Lindeman Frez	4	ADET

1 PUDRALI (LATEX) ELĐİVEN (SMALL)

- 1-Beyaz, az pudralı, antiallerjen yapıda olmalı.
- 2-100 lük paketler halinde olmalı.
- 3-Konç kısmı yeterli uzunlukta olmalı. Takılma esnasında yırtılmamalı.
- 4-Lateks olmalı.

2 PUDRASIZ (VINİL) ELĐİVEN (MEDIUM)

- 1-Vinil den imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Muayene eldivenlerin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir.
- 3-Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (Yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır.
- 4-100'lük kutularda bulunmalıdır ve bu özellik belgelenmelidir.
- 5-Eldivenler pudra içermemelidir.
- 6-Eldivenler kolay yırtılmamalıdır.

3 PUDRASIZ (VINİL) ELĐİVEN (LARGE)

- 1-Vinil den imal edilmiş olmalıdır.
- 2-Muayene eldivenlerin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir.
- 3-Eldivenin bileğe gelen kısmı kordonlu (Yaklaşık 2 mm yuvarlatılmış) olmalıdır.
- 4-100'lük kutularda bulunmalıdır ve bu özellik belgelenmelidir.
- 5-Eldivenler pudra içermemelidir.
- 6- Eldivenler kolay yırtılmamalıdır.

4 HEKİM ÖNLÜĞÜ DİSPOSABLE (STERİL)

- 1-Disposable olmalıdır.
- 2-Önlükler tek tek steril paketler halinde olmalıdır. Paketler üzerinde önlüğün beden numarası görülmelidir.
- 3-İnce, dayanıklı, terletmeyen özellikte olmalıdır. Non-waven spunbond malzemeden yapılmış olmalı ve yırtılmaya dayanıklı olmalıdır.
- 4-Ön kısmından başlayıp arka ve bel bölgesinde bağlamayı sağlayacak şekilde bağ bulunmalıdır.
- 5-Önlüğün arka kısmında ve boyun kısmında yapışkan bant olmalıdır.
- 6-Kol ve bilek kısımları lastikli olmalı ve lastikleri sağlam olmalıdır.
- 7-Biyolojik ve kimyasal etkenlerin geçişine izin vermemelidir.
- 8-Kişinin hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır.
- 9-Özel dizayn sayesinde hastane ortamında kullanıma uygun olmalıdır.
- 10-Ebatları S,M,L olacaktır. Ebatları komisyonca belirlenecektir.
- 11-Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

5 CERRAHİ LİNDEMAN FREZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Orijinal ambalajında olacak, sonradan ambalajlanmış olmayacaktır.
- 2-Frezin uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları orijinal ambalaj üzerinde bulunacaktır.
- 3-Frez Paslanmaz Çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 4-135 C° de otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.
- 5-Fakültemiz cerrahi kliniğimizde kullanılan piyasamenlere uyumlu olmalıdır.
- 6-Kısa zamanda aşınmamalı ve dayanıklı olmalıdır.
- 7-Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
- 8-Ürünler orijinal ambalajı üzerinde üretildiği ülke, frezin ISO numarası ve hız değerleri (en yüksek ve optimum değerleri) yazılı olmalıdır.
- 9-Frezin sap kısmı ISO 1797 standartlarına uygun olmalıdır.(bu özellik orijinal katalogunda belirtilmiş olmalıdır)
- 10-Frez çap kısmı ISO 6360 standartlarına uygun olmalıdır.(bu özellik orijinal katalogunda belirtilmiş olmalıdır.)
- 11-Orijinal ambalajı üzerinde frezin kullanım için gerekli maksimum devri belirtilmiş olacaktır.

12-Cerrahi amaçlı özel imal edilmiş kesici yüzeyleri parlak olacaktır. Kesici yüzeyleri kullanıldığında hemen deforme olmayacak özellikte olmalıdır.

13-Frezin kesici özelliđi olan kısmının uzunluđu 35 mm olmalıdır.

14-Numune verilmedir. Numune ile birlikte orijinal katalog verilecektir. Katalogda her bir özellikleri (çap numarası, kuşakları, nerede kullandıkları vb.) ayrı ayrı gösterilecektir

15-Numuneler denenecektir ve klinik beğeni sonucu karar verilecektir. Kurumumuz ihtiyaç duyması halinde firmalardan tekrar numune isteyebilecektir.

16-Ürünün Sağlık Bakanlıđına ve TITUBB'a kayıt bildirim işlemleri tamamlanmış olmalıdır