



T.C.  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi Dekanlığı



Sayı :22598052-934.01.01/  
Konu :Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMALARA

Fakültemize aşağıda belirtilen 5 kalem Maske ve Eldiven alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22'nci maddesinin d) fıkrası uyarınca Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. İlgilendiğiniz takdirde KDV hariç fiyat teklifinizi 11.11.2020 tarihi saat 16:30'a kadar Dekanlığımıza bildirmenizi rica ederim.

**e-imzalıdır**  
Kürşat ELLİDOKUZUĞLU  
Fakülte Sekreteri V.

EKLER :

- 1- Malzeme Listesi ve Diğer Hususlar (2 Sayfa)
- 2- Teknik Şartname (2 Sayfa)

**Evrakı Doğrulamak İçin :** [https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate\\_doc.aspx?V=BE5FKNKMM](https://ebys.gop.edu.tr/enVision/Validate_doc.aspx?V=BE5FKNKMM)

Kaleardı Mahallesi Muhittin Fisunoğlu Caddesi Ali Şevki Erek Yerleşkesi Tıp  
Fakültesi-Merkez/Tokat

Tel: 0 (356) 214 94 44  
Faks: 0 (356) 213 31 79

E-Posta: dekanliktip@gop.edu.tr  
Elektronik ağ: <http://tipfak.gop.edu.tr>

Bilgi için: T.Tuvar Bilgisayar İşletmeni

**Kep Adresleri :**  
gaziosmanpasa.universitesi@hs03.kep.tr  
gou@hs01.kep.tr (tebligat adresi)  
gaziosmanpasauni.hastane@hs03.kep.tr



## MUAYENE ELDİVENİ ve MASKE ALIMI İHTİYAÇ LİSTESİ

SN	Malzemenin Adı	Adet	Birim Fiyat (KDV Hariç)	Toplam Fiyat (KDV Hariç)
1	Nonsteril Nitril Tıbbi / Cerrahi Muayene Eldiveni / M	25 Kutu (50'lik)		
2	Nonsteril Nitril Tıbbi / Cerrahi Muayene Eldiveni / L	25 Kutu (50'lik)		
3	Nonsteril Pudralı Tıbbi / Cerrahi Muayene Eldiveni / M	35 Kutu (50'lik)		
4	Nonsteril Pudralı Tıbbi / Cerrahi Muayene Eldiveni / L	125 Kutu (50'lik)		
5	3 Katlı Lastikli Tek Kullanımlık Maske	300 Kutu (50'lik)		
<b>GENEL TOPLAM (KDV Hariç)</b>				

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla) .....(yazıyla).....  
Karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

**Not:** Eldiven ve Maske için her bir kalemden teklifle birlikte 1'er adet numune gönderilecektir.

## İKİNCİ BÖLÜM

**Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 5-6. Maddelerde belirtiniz.**

### **Teklif Eşas Genel Hususlar**

- 1. Son Başvuru Tarih ve Saati** : 11/11/2020 Çarşamba günü Saat 16:30  
Tel: 0 (356) 214 94 40 Faks: 0 (356) 213 31 79
- 2. Teklif Başvuru Yeri** : Tıp Fakültesi Dekanlığı Muhittin Fusunođlu Caddesi Ali Sevki Erek Sağlık Yerleşkesi Eğitim Binası -TOKAT
- 3. Tekliflerinizi verebileceğiniz şekiller** : Şahsen elden veya 0 (356) 213 31 79 numaralı faksı gönderebilirsiniz. Kargo veya posta yoluyla gönderecekseniz zarf kaşeli imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.  
  
Talep edilen mallara ilişkin ödeme, Maliye Bakanlığı'nın ödenekleri serbest bırakma oran ve ilkeleri doğrultusunda malzeme muayene ve kabulü yapıldıktan sonra yapılacaktır.
- 4. Teklif Türü** : Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif verilemeyecektir. Şartlı teklifler ve birden fazla fiyat teklifi kabul edilmeyecektir. Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. Her türlü malzeme nakli ve ulaşım giderleri yükleniciye aittir.
- 5. Teslimat sürenizi buraya belirtiniz** : .....
- 6. KDV oranını buraya belirtiniz** : %.....
- 7. Teslimat yeri ve Şartları** : Tıp Fakültesi Ayniyat Birimi teslim yeridir. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim edilmelidir.

### **NONSTERİL NİTRİL TIBBİ / CERRAHİ MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürün lateks içermeyen nitrilden imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık ve boyu ideal olarak ön kolun ortasına kadar, en azından el bileğini kapatacak şekilde uzun manşetlere sahip olmalıdır.
- 2- Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
- 3- Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
- 4- Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.
- 6- Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
- 7- Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
- 8- Teknik olarak; EU MDD Directive 93/42/EEC Category III, EU PPE Regulation 2016/425 Category III, EN 455, EN 374-5:2016, ANSI/ISEA 105 ve ASTM D6319 standartlarına veya bunlara eşdeğer standartlara uygun olmalıdır.
- 9- Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. Ambalajlarda 50 adet veya 100 adet ürün bulunmalıdır.

### **NONSTERİL PUDRALI TIBBİ / CERRAHİ MUAYENE ELDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürün lateksten imal edilmiş, pudralı, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık tek kullanımlık ve boyu ideal olarak ön kolun ortasına kadar, en azından el bileğini kapatacak şekilde uzun manşetlere sahip olmalıdır.
- 2- Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.
- 3- Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.
- 4- Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.
- 6- Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.
- 7- Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
- 8- Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.
- 9- Eldiven iç yüzeyi pudralı olmalı, eldiven içinde topaklanmış pudra atığı bulunmamalıdır.
- 10- Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. Ambalajlarda 50 adet veya 100 adet ürün bulunmalıdır. Ambalaj üstünde üretim tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

### 3 KATLI LASTİKLİ TEK KULLANIMLIK MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, 3 katlı, polipropilen/non-voven materyalden yapılmış olmalıdır. Orta katman, küçük gözenekler içeren ve bu sebeple asıl filtreleme işlemini gerçekleştiren non-woven, melt-blown polipropilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
- 2- Malzemenin kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.
- 3- Bakterilere, virüslere ve mikroskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır.
- 4- Sıvı bariyeri bulunmalı, kullanıcıyı kan ve sıvı sıçramaları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumalıdır.
- 5- Maskenin burun üzerine gelen kısmında en az 9 cm uzunluğunda şekillendirilebilir gizli tel desteği bulunmalıdır.
- 6- Maske kanallarında boşluk olmamalıdır.
- 7- Ağız ve burnu tümüyle kaplamalı, yüz kıvrımlarına uygun olmalı ve en az 2 körüklü olmalıdır.
- 8-Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve terletmemelidir. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Tüülenmemelidir.
- 9- Hipoallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir.
- 10- Tüm dikişler ultrasonik olmalı, iplik dikişi olmamalıdır,
- 11- Açık yeşil/mavi veya beyaz renkte olmalıdır.
- 12- Lastikli olmalı, kulağa takılan sağlam/kopmayan lastikleri sayesinde yüze kolayca takılabilmelidir.
- 13- En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir.